

Reparaturbegleitschein

Melden Sie Ihr Gerät online zur Abholung an: www.emostechnology.com/Service/Reparaturbegleitschein



Kundendaten

Service-Tel.: +49 (0)75 58 / 93 82 78 - 0 - Fax: +49 (0)75 58 / 93 82 78 -55 - E-mail: info@emostechnology.com

Praxis/ Krankenhaus		Straße Plz, Adresse		Datum	
Abteilung/ Ansprechpartner				Telefon/ Fax	
Gerät/ Modell		Serien-Nr.:		Ihre ID/ Ref.Nr.:	

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Ventile / Funktionsknöpfe <input type="checkbox"/> undicht <input type="checkbox"/> gestört Okular <input type="checkbox"/> undicht <input type="checkbox"/> trübe <input type="checkbox"/> Bild gestört Elektronik <input type="checkbox"/> CCD-Probleme <input type="checkbox"/> Bild gestört <input type="checkbox"/>	L/W Insufflation <input type="checkbox"/> gestört Instrumentierkanal <input type="checkbox"/> undicht <input type="checkbox"/> verengt Abwinklungsräder <input type="checkbox"/> Spiel <input type="checkbox"/> undicht	Einführungsschlauch <input type="checkbox"/> Knickstellen Versorgungsschlauch <input type="checkbox"/> Knickstellen	Distalende <input type="checkbox"/> Linsen / Optik <input type="checkbox"/> Düsen Abwinklung <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> Manschette undicht	Lichtleiter <input type="checkbox"/> gebrochen <input type="checkbox"/> Lichtleistung
---	--	--	---	--

Bemerkungen:

Gerät ist desinfiziert Ja Nein (Bitte Schutzfolie verwenden) Bitte senden Sie uns neue Formulare.

Reparaturbegleitschein

Melden Sie Ihr Gerät online zur Abholung an: www.emostechnology.com/Service/Reparaturbegleitschein



Kundendaten

Service-Tel.: +49 (0)75 58 / 93 82 78 - 0 - Fax: +49 (0)75 58 / 93 82 78 -55 - E-mail: info@emostechnology.com

Praxis/ Krankenhaus		Straße Plz, Adresse		Datum	
Abteilung/ Ansprechpartner				Telefon/ Fax	
Gerät/ Modell		Serien-Nr.:		Ihre ID/ Ref.Nr.:	

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Ventile / Funktionsknöpfe <input type="checkbox"/> undicht <input type="checkbox"/> gestört Okular <input type="checkbox"/> undicht <input type="checkbox"/> trübe <input type="checkbox"/> Bild gestört Elektronik <input type="checkbox"/> CCD-Probleme <input type="checkbox"/> Bild gestört <input type="checkbox"/>	L/W Insufflation <input type="checkbox"/> gestört Instrumentierkanal <input type="checkbox"/> undicht <input type="checkbox"/> verengt Abwinklungsräder <input type="checkbox"/> Spiel <input type="checkbox"/> undicht	Einführungsschlauch <input type="checkbox"/> Knickstellen Versorgungsschlauch <input type="checkbox"/> Knickstellen	Distalende <input type="checkbox"/> Linsen / Optik <input type="checkbox"/> Düsen Abwinklung <input type="checkbox"/> unzureichend <input type="checkbox"/> Manschette undicht	Lichtleiter <input type="checkbox"/> gebrochen <input type="checkbox"/> Lichtleistung
---	--	--	---	--

Bemerkungen:

Gerät ist desinfiziert Ja Nein (Bitte Schutzfolie verwenden) Bitte senden Sie uns neue Formulare.